

別添

「MONOZUKURI エキスパート」構築検討事業 AI 活用実証実験機器等
賃貸借仕様書（第2回）

1 業務名

「MONOZUKURI エキスパート」構築検討事業 AI 活用実証実験機器等賃貸借業務（第2回）（以下「本業務」という。）

2 賃貸借期間

令和元年10月1日から令和2年3月31日まで

3 借入物品等の名称及び数量

- (1) ノートパソコン 1台
- (2) ディスプレイモニター 1台
- (3) ポータブルHDD 1台
- (4) ステンレス作業台（ベタ棚仕様） 1台
- (5) 音響器具 1式

4 仕様の詳細

別紙1のとおり

5 納入場所及び納入期限

- (1) 納入場所
ファミリーイナダ株式会社（鳥取県西伯郡大山町高田1220）
- (2) 納入期限
令和元年9月30日（月）

6 導入及び設定

- (1) 受注者は事前に発注者その他関係者と作業スケジュールや内容について連絡調整を行った上で、円滑に作業を実施すること。
- (2) 納入時発生する梱包材等は関係法令に基づき受注者が廃棄すること。
- (3) 各OAソフトの導入及び設定を行うこと（使用できる状態にすること）。
- (4) 導入、設定及び登録等の詳細な内容については、発注者の指示において行うこと。

7 保守

別紙2のとおり

8 一般事項

(1) 権利義務の譲渡等の禁止

受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、若しくは継承させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(2) 機密の保持

受注者は、保守等の実施に当たって知り得た業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

また、本業務に係る契約の終了後又は契約が解除された後も同様とする。

(3) 仕様書遵守に要する経費

この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。

(4) その他

ア 借入物品に隠れた瑕疵があったときは、受注者の負担において修補するものとする。

イ 受注者は、賃貸借期間内において、借入物品に動産保険を付保するものとする。

ウ 受注者は、保守として借入物品の点検、バージョンアップに対応すること。

エ この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

別紙1

1 ノートパソコン 1台

項目	内容
OS	Microsoft Windows 10 Professional 64bit
CPU	Core i7-8850H以上
メモリ	16GB以上
ディスプレイ	15.6インチ 1920×1080
ストレージ	SSD 512GB以上
ストレージ2	2TB ハードドライブ
ポートとスロット	SDメモリ・カード・リーダー USB 3.1Gen×2ポート HDMI ヘッドフォン/マイク・コンボ・ジャック
光学ドライブ	DVD±R/RW 2層対応スーパーマルチドライブ。外付可。
キーボード	日本語 バックライトキーボード
マウス	ワイヤワイヤレスレーザーマウス Dell WM514
オフィス	Microsoft Office Professional 2019 (日本語)
セキュリティソフト	マカフィー スモールビジネス セキュリティ (12カ月間更新サービス)
保証体制	1年センドバック保証 1年
参考機種 (同等品)	Dell Precision 5530

2 ディスプレイモニター 1台

項目	内容
ディスプレイ	23.8インチ程度
アスペクト比	16:9
輝度	250cd/m ²
入力コネクタ	HDMI、DisplayPort
実効解像度	Full HD(1080P) 1920×1080@60Hz
コントラスト比	1000:1
最大表示色	1670万色
参考機種 (同等品)	Dell UltraSharp24 InfinityEdge Monitor U2419
その他	パソコンと接続するためHDMIケーブル (1.5m) (参考機種 (同等品): エレコム CAC-HD14EY15BK) 1本を付属すること。

3 ポータブルHDD 1台

項目	内容
容量	4TB以上
対応OS	Microsoft Windows 10/RT8.1/8.1/8/7/vista
インターフェース	USB3.0/2.0、端子数:1、端子形状:USB3.0 Micro-B
本体重量	300g以下
参考機種 (同等品)	BAFFALO HD-PGF4.0U3-GBKA

4 ステンレス作業台 (ベタ棚仕様) 1台

項目	内容
サイズ (mm)	間口600×奥行450×高さ800
材質	SUS430
キャスター径	75mm
参考機種 (同等品)	シンコー WBC-6045-U75

5 音響器具 1 式

音響器具の構成は下記のとおりとする。

品名	数量	仕様	参考機種（同等品）
精密機械騒音計	1 台	JIS C 1509-1:2017 クラス 1 に準拠 計量法第 71 条の条件に従い出荷時 検定に合格したもの 測定可能周波数範囲:10Hz-20kHz 測定音声のアナログ出力を有し、測 定音のモニタリングが可能 追加機能で wav 形式でデータ保存が 可能	リオン NL-52EXK (NX-42EX 付セット・検 定付き)
波形収録プログラム	1 式	上記騒音計の追加機能で wav 形式 (48kHz, 16bit 以上)で保存する追加 機能	リオン NX-42WR
騒音計用 7 P マイクコード 2 m	1 本	2m 以上、上記騒音計メーカー推奨の もの	リオン EC-04
A C アダプタ	1 個	上記騒音計メーカー推奨のもの	リオン NC-98E
S D カード 3 2 G B	1 個	32GB 以上、上記騒音計メーカー推奨 のもの	リオン MC-32SP3
音響校正機（JCSS 証明書 付）	1 台	上記騒音計の校正に十分な性能を備 えたもの	リオン NC-75
波形処理ソフトウェア	1 式	上記騒音計で一時保存したデータに ついて FFT 分析が可能なもの	リオン AS-70
騒音計専用三脚	1 脚	上記騒音計が固定可能なもの	リオン ST-80
多目的フレキシブルスタ ンド	1 台	フレキシブルマグネットベース クランプ付き（マイク固定用）	カネテック MPV-MF30
USB2.0 ケーブル A-miniB タイプ/2.0m	1 本	2m 以上	エレコム USB-ECOM520
ステレオミニジャックー 2.5 ステレオ超ミニプラグ	1 個	2.5mm 径ステレオ超ミニプラグオス ⇄3.5mm 径ステレオミニジャックメ ス	JVC ケンウッド AP-127A
ステレオミニジャック X2 - ステレオミニプラグ (0.25m)	1 個	3.5mm 径ステレオミニプラグオス× 1 ⇄3.5mm 径ステレオミニジャック メス×2	JVC ケンウッド TWC-12A
ステレオミニプラグ-ステ レオミニプラグ（1 M）	3 個	3.5mm 径ステレオミニプラグオス⇄ 3.5mm 径ステレオミニプラグオス (1m 長)	JVC ケンウッド CN-2031A
ATH-M20x モニターヘッド フォン	1 個	3.5mm 径ステレオミニプラグオスを 備えたもの 型式：密閉ダイナミック型 ドライバー：Φ40mm 以上	Audio technical ATH-M20x
ポータブルスピーカー	1 台	ドライバ出力 6 W×2 程度 3.5mm 径ステレオミニジャック入力 があること	Anker SoundCore 2
メモリハイコーダ	1 台	48kHz 以上のサンプリング周波数で 1 秒以上の連続記録が可能 3ch 以上多チャンネル測定に対応 上記の条件で測定した波形データを csv ファイル等で外部出力可能	HIOKI MR8880
バッテリーパック	1 個	上記メモリハイコーダメーカー推奨 のもの	HIOKI Z1000
検査成績表	1 式	上記メモリハイコーダメーカー推奨 のもの	HIOKI

校正証明書	1 式	上記メモリハイコーダメーカー推奨のもの	HIOKI
トレーサビリティ体系図	1 式	上記メモリハイコーダメーカー推奨のもの	HIOKI
BNC-ピン出力コード	1 本	上記騒音計メーカー推奨のもの	リオン CC-24
片側BNC ミノムシクリップ	2 本	ケーブル長：600mm インピーダンス：50 Ω 同梱ケー物：1.5D-2V コネクタ（モジュール側）：BNC コネクタ（外部機器側）：ミノムシクリップ	CONTEC BNC-W60
オシロスコープ用電流プローブ	1 台	測定レンジが 0.1A～5A より広いこと DC～48kHz 以上の周波数帯域を有すること プローブからの電源供給を必要とせず外部および内部電源で動作できること	TEXIO GCP-100
アルカリ乾電池 9V 型	1 個	上記オシロスコープ用電流プローブに使用可能なもの	Panasonic 6LF22XWA/B

別紙 2

<保守>

1 保守対応時間

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日及び 1 2 月 2 9 日から翌年 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの午前 9 時から午後 5 時まで

2 保守サービス内容

機器の修理及び交換並びに修正プログラムの適用に関する対応

3 保守サービス方法

- （1）故障機器は発注者の指定する場所に回収に行くこと。
- （2）修理後は発注者の指定する場所で引き渡すこと。
- （3）故障等により、HDD の初期化、ソフトウェアのアンインストール等を行った場合は、導入当初の状態（全ソフトウェアのインストール及び設置）に設定すること。
- （4）可能な限りユーザーデータを復元すること。

4 その他

- （1）ノートパソコン 1 台、ディスプレイモニター 1 台は保守範囲とする。
- （2）機器について隠れた瑕疵があった場合は、受注者は無償で修理、調整又は交換を行うものとする。
- （3）機器について、ソフトウェア及びハードウェアの障害に対し、迅速に対応できる者が複数名勤務し、かつ、常時連絡が取れる体制にあること。
- （4）今回整備する借入物品については動産保険に加入すること。

なお、保険の適用範囲は、少なくとも以下の事由による障害等を保障するものとする。

ア 通常の使用での過失による事故（水濡れなど）

イ 職員による運搬中の事故（落下、盗難など）

ウ 火災

- （5）故障時の対応は、発注者の指示に迅速に従うこと。