

## 委託業務仕様書

- 1 委託業務の名称  
根本杏林堂造影剤注入装置保守点検業務
- 2 保守契約の物件の名称、規格、数量、保守プラン  
別添2「根本杏林堂造影剤注入装置一覧」のとおり
- 3 委託期間  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで  
ただし、「デュアルショットGX10 (S/N RCA00333G/AEA40884)」については、  
令和8年6月1日から令和9年3月31日までとする。
- 4 保守プランの内容  
保守プランの内容は、「NemotoCare」または「簡易 Care」とし、詳細は別添3のとおりとする。
- 5 点検表の提出及び確認  
受注者は、保守点検及び緊急保守を行ったときは、直ちに点検報告書を作成して発注者に提出し、その確認を受けるものとする。

## 根本杏林堂造影剤注入装置一覧

	インジェクタ装置名	納品年月日	使用装置	部屋名	保守プラン	内容
1	デュアルショットGX10	2025/5/30	スペクトラルCT	CT室4	Nemoto Care	年1回点検実施・オンコール対応
2	デュアルショットGX7	2018/10/4	治療計画CT	5治療CT室	Nemoto Care	年1回点検実施・オンコール対応
3	デュアルショットGX7	2012/8/17	スペクトラルCT	2CT室	Nemoto Care	年1回点検実施・オンコール対応
4	ソニックショット7	2018/12/6	MRI(1.5T)	MRI室1	Nemoto Care	年1回点検実施・オンコール対応
5	ソニックショット7	2018/12/6	PET/RI	3ガンマカメラ室	Nemoto Care	年1回点検実施・オンコール対応
6	PRESS DUO elite	2020/3/26	血管撮影装置	血管撮影室3	Nemoto Care	年1回点検実施・オンコール対応
7	レンプルス	2018/10/26	血管撮影装置	ハイブリッド手術室	Nemoto Care	年1回点検実施・オンコール対応
8	オートエンハンスA800	2018/10/19	PET/RI	PET室	Nemoto Care	年1回点検実施・オンコール対応
9	ソニックショットGX	2013/12/12	MRI(3T)	MRI室2	簡易Care	年1回点検実施・部品交換及びオンコール対応時の作業費用は有償
10	PRESS DUO	2013/3/22	IVR-CT	血管撮影室4	簡易Care	年1回点検実施・部品交換及びオンコール対応時の作業費用は有償

Nemoto Care、簡易 Care  
(V2.4)

株式会社 根本杏林堂

## 1. 商品概要

### 1) 提供商品

Nemoto Care 及び簡易 Care を提供いたします。 【別紙5】「Nemoto Care 対象製品リスト」

Nomoto Care は、定期法令点検と各種サービスをセットにした商品となります。

簡易 Care は、End Of Service Life 対象機種を使用頂いており更新を検討頂いているお客様向けの商品になります。 【別紙6】「簡易 Care 対象製品リスト」

### 2) 注文方法

- (1) 病院または、業者（メーカー含）（以下「発注元」）より当社宛の「注文書」を受領後、5営業日以内に発注元へ加入不可通知を行わない場合は当該の注文書を承諾します。
- (2) 注文書に記載される項目は、注文番号、商品名、納入場所(施設名、設置場所)、対象装置(商品名、機種(構成)、製造番号)、支払い条件等が記載されている事とします。
- (3) 対象施設は、注文書に記載された納入場所において実施します。

### 3) 提供内容

提供内容は、注文書記載の商品とし、対象装置に関する事項に記する Nemoto Care サービス一覧及び、簡易 Care サービス一覧の内容とします。

### 4) 期間及び実施

Nemoto Care は、注文書を承諾した日より加入年数分の同月前日までを加入期間とします。

(必要に応じ、【別紙1】「Nemoto Care 加入期間証明書」を発行します。)

簡易 Care は、注文書を承諾した日より1年以内の実施します。

### 5) 業務提供時間

業務提供時間帯は、原則として当社所定の休日及び祝祭日を除く平日の9時から18時までの時間内とし、定める時間以外に発注元が要請し当社が提供した場合は、別料金を請求します。

### 6) 加入及び解約

- (1) 多年度加入については、別途見積書を発注元へ提出します。  
※多年度加入は、Nemoto Care のみとします。
- (2) End Of Service Life 予定の複数年の加入については、別途見積書を発注元へ提出します。
- (3) 当社もしくは発注元いずれかが加入契約を途中で解約する場合は、解約の意思を文書にて申し出るものとし、解約金額については別途見積書を発注元へ提出します。

# Nemoto Care

## 1) 提供サービス一覧

### (1) 定期法令点検

- a. 定期法令点検（以下「点検」）の回数は対象装置1台につき1回/年とし、実施日時は事前に発注元と協議のうえ定めます。
- b. 点検の作業資格を当社により認定された技術者が、当社の技術資料に従い下記項目に関する点検を行います。

点検内容	外観点検
	電氣的安全性点検
	機能点検
	性能点検
	摩耗・劣化・破損部品の交換

- c. 上記b.の作業実施後、認定された技術者が技術資料に従い、連動接続した状態で対象装置の稼動調整を行います。
- d. 上記c.の対象装置の稼動調整の結果、合格した場合は作業完了とし3.作業の報告を行います。また、対象装置の稼動調整の結果、不合格の場合は上記b.及びc.の作業を行うものとし、合格するまでこれを継続します。
- e. 実施された点検部品の保証有効期限は、実施日より1年間とします。

### (2) ノンストップ修理サービス

- a. 代替え機の提供
  - ① 動作の不具合等が発生した場合、状態に応じ代替え機にて対応いたします。
  - ② 修理後、速やかに現状復帰させ元の状態へ復帰いたします。
- b. 随時保守（修理）
  - ① 当社は、発注元からの「依頼書」を受けて、下記②及び③の随時保守を行います。
  - ② 作業資格を認定された技術者が当社の技術資料に従い、不具合の原因調査、不具合箇所の特定、不具合箇所の修復、稼動調整を行います。
  - ③ 対象装置の稼動調整の結果、合格した場合は作業完了とし3.作業の報告を行います。また、対象装置の稼動調整の結果、不合格の場合は上記②の作業を行うものとし、合格するまでこれを継続します。

### (3) テクニカルサポート

- a. 当社の専門スタッフにより、機器の操作や使用方法をサポートいたします。
- b. 当社の専門スタッフにより、注入方法や撮影等の提案をサポートいたします。
- c. 情報提供サービスにより、Web等より最新の情報や加入情報等を取得できます。  
※ログインID、パスワードについては、加入後に発行いたします。
- d. 弊社が行う勉強会への招待を行います。

(4) ソフトウェアサポート

新機能や最新造影プロトコルをサポートします。

(5) 部品の保証

- a. 修理や点検時に交換する部品は、End Of Sales から7年間の供給を保証します。
- b. 点検時の修理や部品交換にかかる費用を保証します。
- c. その他の補用部品(免責品)は、弊社負担金にて提供します。  
※免責品は、【別紙4】「免責表」を参照

(6) プレミアム特典

- a. 担当へお問い合わせ下さい。

## 2. 簡易 Care

簡易 Care は、End Of Service Life 機器をご使用頂いており、更新を検討している期間が対象になります。

### 1) 提供サービス一覧

#### (1) 機器の性能確認

- a. 機器の性能確認（以下「点検」）の回数は対象装置 1 台につき 1 回とし、実施日時は事前に発注元と協議のうえ定めます。
- b. 点検の作業資格を当社により認定された技術者が、当社の技術資料に従い下記点検項目に関する点検を行います。

点検内容	外観点検
	電氣的安全性点検
	機能点検
	性能点検
	不良個所の調査／修理対応(有償)

- c. 上記 b.の作業実施後、認定された技術者が技術資料に従い、連動接続した状態で対象装置の稼動調整を行います。
- d. 上記 c.の対象装置の稼動調整の結果、合格した場合は作業完了とし 3.作業の報告を行います。また、対象装置の稼動調整の結果が不合格の場合は、当社は発注元と協議を行う。結果、修理が可能な場合に(2)修理サービスにて対応を行います。修理が不能な場合は、【別紙 3】「性能維持不能報告書」と、作業報告を行います。

#### (2) 修理サービス (有償)

- a. 当社は、発注元へ見積書を提出し受託後に下記 b.及び c.の修理を行います。
- b. 作業資格を有する当社の技術者が当社の技術資料に従い、不具合の原因調査、不具合箇所の特定、不具合箇所の修復、稼動調整を行います。
- c. 対象装置の稼動調整の結果、合格した場合は作業完了とし 3.作業の報告を行います。また、対象装置の稼動調整の結果、不合格の場合は上記 b.の作業を行うものとし、合格するまでこれを継続します。

#### (3) 情報提供サービス

- a. 情報提供サービスにより、Web 等より最新の情報や加入情報等を取得できます。  
※ ログイン ID,パスワードについては、加入後に発行いたします。
- b. 弊社が行う勉強会への招待を行います。

### 3. 作業の報告

Nemoto Care 及び簡易 Care の点検完了後、【別紙2】「作業報告書（当社指定）」に作業内容を記載し、使用顧客の署名又は捺印を得て、注文書発行の発注元に「作業報告書」を提出します。

### 4. 機器構成部品及び消耗品の取り扱い

作業に必要な部品は純正品とし、全ての部品・部材は当社が用意し、消耗品（チューブ、ディスプレイブルシリンジ）は含みません。

【別紙1】「Nemoto Care 加入期間証明書」

Nemoto Care 加入期間証明書	
発行日 xxx年xx月xx日	
契約名	Nemoto Care
契約番号	K2022-XXXX
契約機種情報	DualShotGX7 天井懸垂装置 LD CEビル'5'以下
製造番号	KDAxxxxx, LDDxxxxx, AEAxxxxx
ご契約者	XXXXXXXXXXXX
設置場所	XXXXXXXX病院
契約期間	開始日 xxx年xx月xx日 満了日 xxx年xx月xx日
支払条件	XXXXXXXXXXXX
備考	

本証明書は、記載された契約について、お客様が保証を受けるサービス期間を証明するものです。

株式会社 **根本杏林堂** 

東京都中央区本町2丁目1番20号  
電話番号 03-3814-3641



【別紙3】「性能維持不能報告書」

性能維持不能報告書

年 月 日

この度、点検を実施いたしましたが性能を保つことが困難と判断いたしましたので  
点検及び修理の不能を報告いたします。

項目	内容		
施設名			
設置場所			
機種名			
製造番号	納品日	年 月 日	
内容			

 Nemoto  
0120-88-3981

報告者

【別紙4】「免責表」

項目	説明
天井懸垂装置・走行レール	<p>部品の保証は、購入メーカーの保証とします。                      但し、故障や破損等の調査・報告は実施します。                      点検作業等で発生した調整不良、きしみ、ネジの緩み等は保証対象になります。</p>
自然災害	<p>自然災害が原因となる全損・破損・故障                      (倒壊、水没、火災等)</p>
施設設備故障	<p>設置場所の設備が原因となる全損・破損・故障                      (倒壊、水没、火災等)</p>
その他	<p>契約者以外が原因となる全損・破損・故障                      故意に破損・故障を招く使用が原因</p>

【別紙5】「Nemoto Care 対象製品リスト」

モダリティ	装置名	構成					
		スタンド	天吊り	走行レール	連動	漏れ	CEES
CT	DualShot GX10	●	●		●	●	●
	DualShot GX7						
	W1000						
	A-800						
	スマートショット/ $\alpha$						
	A-25						
MRI	SonicShot 7	●					●
	acotS						
ANGIO	RemPress	●			●		
	PressPro GEO		●	●			
	Press DUO						
	Press DUO elite						
その他 ※1	DIP100						
	ソナゾイドショットS						

※1 入替保証

【別紙6】「簡易 Care 対象製品リスト」

モダリティ	装置名	構成					
		スタンド	天吊り	走行レール	連動	漏れ	CEES
CT	A-50	●	●				
	A-60						
	A-250						
	A-300						
	DualShot			●			
	DualShot GX						
	DualShot GX/V						●
MRI	SonicShot 50	●	●				
	SonicShot GX						
ANGIO	120S	●	●	●	●		
	PressPro(150)						
その他	DIP150						
	IVPpump50						

【別紙7】「End Of Service Life 予定リスト」

モダリティ	製品名	EOSL 予定時期
CT	オートエンハンス A-25	2027年5月
	オートエンハンス A-800	2029年4月
MRI	acotS	2026年9月
ANGIO	PressDuo	2025年7月
	RemPress	2029年2月