

別紙

部署・部屋名	救急集中治療科
調達機器名	血液凝固分析装置
調達数量	一式

1. 機器の構成

1-1	血液凝固分析装置 本体	1台
1-2	サーマル°プリンタ	1台
1-3	サーマル°プリンタ用紙	1式
1-4	スキャナー(バーコード°リーダー)	1台
1-5	データ管理ソフトウェアライセンス	1式
1-6	専用PC(セットアップ°対応・アクセサリ含む)	1式

2. 機器の仕様

- 2-1 装置本体は、以下の要件を満たすこと。
- 2-1-1 カラータッチスクリーンであること。
 - 2-1-2 ワンタッチで波形画面とテキスト画面の切り替えが可能であること。
 - 2-1-3 内蔵メモリ件数は400件以上であること。
 - 2-1-4 USB接続で印刷が可能であること。
 - 2-1-5 自動で血液と試薬との混合、測定を行うことが可能であること。
 - 2-1-6 専用ソフトを使用することでリモートで試験結果をリアルタイムにみる事が可能であること。
 - 2-1-7 軽量設計で容易な運搬が可能であること。
 - 2-1-8 専用PCのOSはWindows11Pro以上であること。
 - 2-1-9 専用PCは、落札業者にて必要なセットアップ°を行い、正常に使用できる状態とすること。
 - 2-1-10 専用PCのアクセサリの内容は、接続ケーブルとマウスを含むこと。
 - 2-1-11 本体寸法は、175mm×257mm×270mm以下であること。
 - 2-1-12 重量は、4.2kg以下であること。

3. その他

- 3-1 機能以外の条件に関して以下の要件を満たすこと。
- 3-1-1 入札時点で製品化されており、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承諾を得た機器であること。
 - 3-1-2 本装置のセットアップ°にあたって、当院の担当者と十分協議をおこなうこと。
 - 3-1-3 当院が指定した場所に本装置を設置し、運転調整をおこなうこと。
 - 3-1-4 システムや他装置との接続や連携が必要な場合、これらに係わる費用を含むこと。
 - 3-1-5 本装置の搬入、設置、調整等は当院の指示のもとに実施すること。
 - 3-1-6 本装置の稼動にあたっては、当院の指示のもとに当職員に関係法令に基づく十分な操作方法等の教育をおこなうこと。
 - 3-1-7 納品時に、関連する規格/性能/取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること。
 - 3-1-8 故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。
 - 3-1-9 納入から1年間は無償保証・点検を実施すること。
 - 3-1-10 新規装置の運搬、搬入、据付工事及び試運転調整に係わる費用を含むこと。